

Số: 529/QĐ-TTYT

Hải Hà, ngày 13 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI HÀ

Căn cứ Luật thương mại được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 62/2021/QN-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quảng lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 5100/SYT-KHTC ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 05/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTYT ngày 12/3/2025 của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà về việc phê duyệt dự toán Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà ngày 13 tháng 3 năm 2025 của Khoa Dược – TTB-VTTYT;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 13/3/2025 của Hội đồng mua sắm, sửa chữa tài sản – Trung tâm Y tế huyện Hải Hà về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà;

Theo đề nghị của Hội đồng mua sắm, sửa chữa tài sản – Trung tâm Y tế huyện Hải Hà tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 13/3/2025,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khoa Dược – TTB-VTYT phối hợp cùng các Khoa, Phòng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông bà Trưởng các Khoa, Phòng, bộ phận có liên quan thuộc Trung tâm Y tế huyện Hải Hà căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT.



Nguyễn Thành Lam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

(Kèm theo Quyết định số 529/QĐ-TTYT ngày 13/3/2025 của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu *		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Y tế huyện Hải Hà	Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà	Sửa chữa: Dây nội soi Dạ dày ống mềm có Camera	98.650.000	Nguồn thu viện phí và nguồn thu phợp pháp của đơn vị	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				98.650.000 đồng (Chín mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)./.									


PHỤ LỤC CHI TIẾT
DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC GÓI THẦU
(Kèm theo Quyết định số 529/QĐ-TTYT ngày 13/3/2025 của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng
1	Sửa chữa thay thế linh kiện Dây nội soi Dạ dày ống mềm cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà	Cái	01
	Tổng cộng		

• **Nội dung công việc:**

STT	HẠNG MỤC SỬA CHỮA	NỘI DUNG CÔNG VIỆC SỬA CHỮA	GHI CHÚ
1	Sửa chữa: Dây nội soi Dạ dày ống mềm có Camera	Sửa chữa mạch khuếch đại hình ảnh của camera trong thân ống soi	
		Sửa chữa bộ phận uốn cong cho thân ống soi	
		Sửa chữa phụ kiện cho: Kênh Sinh thiết ; Khí nước cho tham khám và vệ sinh đầu ống soi	
		Sửa chữa bộ cơ khí: nắp nhựa, đầu phun, vòng sắt, đai ốc đồng, ống nối đồng...	
		Bọc lại thân sau ống soi (Vùng rò rỉ nước làm hỏng mạch điều khiển)	
		Căn chỉnh thiết bị sau sửa chữa.	